

技术参数

名称：医用病床
数量：218张（含床头柜、床垫各218个）
预算：4000元/张
一、参数及性能要求
1. 功能：两摇三折；
2. 规格尺寸： $\geq 2100\text{mm} \times 960\text{mm} \times 500\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ；
3. 床架边框： $\geq 60\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 加厚冷拉矩形钢管；
4. 底架边框： $\geq 70\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 冷拉矩形钢管；
5. 床头、尾板：ABS吹塑成型材料，壁厚 $\geq 40\text{mm}$ ，弧线形，可拆卸，具有隐藏锁定装置，床尾板外侧病人信息卡插槽1个；
6. 护栏：铝合金护栏铝型材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，开关采用ADC12铝合金材料压铸成型，带自锁机构，六根S型金属护栏立柱，能收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫 $\geq 300\text{mm}$ ；（提供S型金属折叠护栏第三方检验报告）；
7. 床面（板）：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，材质：优质冷轧钢板整体拉伸成型，带透气孔，尾床板具有垫子阻拦装置，小腿板可调节角度；
8. 背段采用双臂支撑活动转臂滑轮升降（提供双支撑活动转臂第三方检测报告），背板升降角度 $\geq 65^\circ$ （ $0-75^\circ$ ），腿板升降角度 $\geq 35^\circ$ （ $0-45^\circ$ ）；
9. 摇把：采用工程塑料一次成型，摇把可折叠隐藏；
10. 转动部分：摇杆采用万向联轴节结构，双向过盈保护装置，升降丝杆采用45#钢挤压成型，伸缩管采用不锈钢内套设计，ABS摇把可折叠；（提供双向过盈保护丝杆第三方机构检验报告）；
11. 床体 ≥ 4 个输液架插孔，床体两侧各设计两个引流挂钩；
12. 脚轮：采用4只直径 $\geq 125\text{mm}$ 静音脚轮，四轮单独带刹车或床尾U型钢制脚踏开关；（投标时投标方明确脚轮刹车方式）；
13. 抗菌喷涂：金属部分抗菌材料喷涂，对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》标准，提供检测报告；
14. 床垫：数量：218，尺寸与病床整体相配，厚度 $\geq 80\text{mm}$ ；透气、抗渗透、抗菌外套，内芯采用空气纤维高分子材料；（提供床垫针织复膜布防螨、防霉、抗细菌的第三方检验报告）；
15. 餐桌板：标准配置餐桌板一张，采用PP材料吹塑成型一次成型（不带伸缩），餐板不用时可隐藏于尾床头下方；
16. 床整体承重： $\geq 250\text{kg}$ ；
17. 床头柜：数量：218，规格： $\geq 480*480*760\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ，材质：ABS一次性注塑成形，构成：一抽屉、一储物柜、两侧可隐藏毛巾架等，承重： $\geq 50\text{kg}$ ，颜色：与医用病床统一；
18. 单个床配置（包括但不限于）：抗菌防污染床垫1张、餐板1张、输液杆 ≥ 1 根、杂物架1个、静音脚轮4只、床头柜1个；
二、选配件与消耗品
1. 提供耗材清单及报价
2. 提供标准配置清单
三、售后服务
1. 西北有维修机构和专业技术人员，配件供应充足
2. 免费保修2年及以上，免保时限长的优先
3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训
4. 维修响应时间 ≤ 24 小时
5. 有工程师负责定期保养
四、付款方式
验收合格后分期付款

技术参数

名称：加宽病床
数量：16张（含床头柜、床垫各16个）
预算：5500元/张
一、参数及性能要求
1. 性能：两摇三折；
2. 整体规格尺寸： $\geq 2100\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 500\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ；
3. 床头、尾板、外框：实木，床尾板外侧病人信息卡插槽1个；
4. 护栏：铝合金护栏铝型材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，开关采用ADC12铝合金材料压铸成型，带自锁机构，六根S型金属护栏立柱，能收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫 $\geq 300\text{mm}$ ；（提供S型金属折叠护栏第三方检验报告）；
5. 床面（板）：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，材质：优质冷轧钢板整体拉伸成型，带透气孔，尾床板具有垫子阻拦装置，小腿板可调节角度；
6. 背段采用双臂支撑活动转臂滑轮升降（提供双支撑活动转臂第三方检测报告），背板升降角度 $\geq 65^\circ$ （ $0-75^\circ$ ），腿板升降角度 $\geq 35^\circ$ （ $0-45^\circ$ ）；
7. 摇把：采用工程塑料一次成型，摇把可折叠隐藏；
8. 转动部分：摇杆采用万向联轴节结构，双向过盈保护装置，升降丝杆采用45#钢挤压成型，伸缩管采用不锈钢内套设计，ABS摇把可折叠；（提供双向过盈保护丝杆第三方机构检验报告）；
9. 床体 ≥ 4 个输液架插孔，床体两侧各设计两个引流挂钩；
10. 脚轮：采用4只直径 $\geq 125\text{mm}$ 静音脚轮，四轮单独带刹车或床尾U型钢制脚踏开关；（投标时投标方明确脚轮刹车方式）
11. 抗菌喷涂：金属部分抗菌材料喷涂，对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》标准，提供检测报告；
12. 床垫：数量：16，尺寸与病床整体相配，厚度 $\geq 80\text{mm}$ ；透气、抗渗透、抗菌外套，内芯采用空气纤维高分子材料；（提供床垫针织复膜布防螨、防霉、抗细菌的第三方检验报告）；
13. 餐桌板：标准配置餐桌板一张，采用PP材料吹塑成型一次成型（不带伸缩），餐板不用时可隐藏于尾床头下方；
14. 床头柜：数量：16，规格： $\geq 480*480*760\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ，构成：一抽屉、一储物柜、两侧可隐藏毛巾架等，承重： $\geq 50\text{kg}$ ，颜色：与病床统一；
15. 单个病床配置（包括但不限于）：抗菌防污染床垫1张、餐板1张、输液架1根、杂物架1个、静音脚轮4只、床头柜1个；
二、选配件与消耗品
1. 提供耗材清单及报价
2. 提供标准配置清单
三、售后服务
1. 西北有维修机构和技术人员，配件供应充足
2. 免费保修2年及以上，免保时限长的优先
3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训
4. 维修响应时间 ≤ 24 小时
5. 有工程师负责定期保养
四、付款方式
验收合格后分期付款

技术参数

名称：高端病床
数量：1张（含床头柜、床垫各1个）
预算：8000元/张
一、参数及性能要求
1. 功能：两摇三折；
2. 整体规格尺寸： $\geq 2150 \times 1040 \times 450/700\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ；
3. 背板倾斜 $\geq 75^\circ \pm 5^\circ$ ，腿部倾斜 $\geq 45^\circ \pm 5^\circ$ ；
4. 床架边框：加厚冷拉矩形钢管；
5. 床头、尾板：ABS吹塑成型材料，壁厚 $\geq 40\text{mm}$ ，弧线形，可拆卸，具有隐藏锁定装置，床尾板外侧病人信息卡插槽1个；
6. 护栏：ABS四片式护栏，弧线形，操作灵活；
7. 床面（板）：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，材质：优质冷轧钢板整体拉伸成型，带透气孔，尾床板具有垫子阻拦装置，小腿板可调节角度；
8. 背段采用双臂支撑活动转臂滑轮升降（提供双支撑活动转臂第三方检测报告），
9. 摇把：采用工程塑料一次成型，摇把可折叠隐藏；
10. 转动部分：摇杆采用万向联轴节结构，双向过盈保护装置，升降丝杆采用45#钢挤压成型，伸缩管采用不锈钢内套设计，ABS摇把可折叠；（提供双向过盈保护丝杆第三方机构检验报告）；
11. 床体 ≥ 4 个输液架插孔，床体两侧各设计两个引流挂钩；
12. 抗菌喷涂：金属部分抗菌材料喷涂，对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》标准，提供检测报告；
13. 床垫：尺寸与病床整体相配，厚度 $\geq 80\text{mm}$ ；透气、抗渗透、抗菌外套，内芯采用空气纤维高分子材料；（提供床垫针织复膜布防螨、防霉、抗细菌的第三方检验报告）
14. 餐桌板：配移动餐桌板1个，颜色与病床一致
15. 脚轮：采用4只直径 $\geq 125\text{mm}$ 静音脚轮，床尾U型钢制脚踏开关；
16. 床整体承重： $\geq 250\text{kg}$ ；
17. 床头柜：数量：12，规格： $\geq 480*480*760\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ，构成：一抽屉、一储物柜、两侧可隐藏毛巾架等，承重： $\geq 50\text{kg}$ ，颜色：与病床统一；
18. 单个床配置（包括但不限于）：抗菌防污染床垫1张、餐板1张、输液架1根、杂物架1个、静音脚轮4只，床头柜1个；
二、选配件与消耗品
1. 提供耗材清单及报价
2. 提供标准配置清单
三、售后服务
1. 西北有维修机构和技术人员，配件供应充足
2. 免费保修2年及以上，免保时限长的优先
3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训
4. 维修响应时间 ≤ 24 小时
5. 有工程师负责定期保养
四、付款方式
验收合格后分期付款

技术参数

名称：重病监护床
数量：9张（含床头柜、床垫：各9个）
预算：8000元/张
一、参数及性能要求
1. 功能：电动三功能；
2. 整体规格尺寸： $\geq 2150 \times 1040 \times 450/700\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ；
3. 背板倾斜 $\geq 75^\circ \pm 5^\circ$ ，腿部倾斜 $\geq 45^\circ \pm 5^\circ$ ；
4. 电动功能：随意调整背部、腿部、床体高度及床体前后倾斜度；
5. 负载量：静态负载量 $\geq 250\text{Kg}$ ，高、低动态负载量 $\geq 160\text{Kg}$ ；
6. 床架边框：加厚冷拉矩形钢管；
7. 床头、尾板：ABS吹塑成型材料，壁厚 $\geq 40\text{mm}$ ，弧线形，可拆卸，具有隐藏锁定装置，床尾板外侧病人信息卡插槽1个；
8. 护栏：ABS四片式护栏，弧线形，操作灵活；
9. 床面（板）：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，材质：优质冷轧钢板整体拉伸成型，带透气孔，尾床板具有垫子阻拦装置；
10. 复位功能：可各体位复位；
11. 电控系统：经UL或CE认证；
12. 床体 ≥ 4 个输液架插孔，床体两侧各设计两个引流挂钩；
13. 抗菌喷涂：金属部分抗菌材料喷涂，对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》标准，提供检测报告；
14. 床垫：尺寸与病床整体相配，厚度 $\geq 80\text{mm}$ ；透气、抗渗透、抗菌外套，内芯采用空气纤维高分子材料；（提供床垫针织复膜布防螨、防霉、抗细菌的第三方检验报告）
15. 餐桌板：配移动餐桌板1个，颜色与病床一致
16. 脚轮：采用4只直径 $\geq 125\text{mm}$ 静音脚轮，床尾U型钢制脚踏开关；
17. 床整体承重： $\geq 250\text{kg}$ ；
18. 床头柜：数量：12，规格： $\geq 480 \times 480 \times 760\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ，构成：一抽屉、一储物柜、两侧可隐藏毛巾架等，承重： $\geq 50\text{kg}$ ，颜色：与病床统一；
19. 单个床配置（包括但不限于）：抗菌防污染床垫1张、餐板1张、输液架1根、杂物架1个、静音脚轮4只，床头柜1个；
二、选配件与消耗品
1. 提供耗材清单及报价。
2. 提供标准配置清单。
三、售后服务
1. 西北有维修机构和技术人员，配件供应充足。
2. 免费保修2年及以上，免保时限长的优先。
3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训。
4. 维修响应时间 ≤ 24 小时。
5. 有工程师负责定期保养
四、付款方式
验收合格后分期付款。

技术参数

名称：抢救床
数量：10张（含床垫10个）
预算：10000元/张
一、参数及性能要求
1. 整体规格尺寸： $\geq 1925 \times 660 \times 500/850\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ；
2. 升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制；
3. 床板、护栏板：ABS吹塑成型材料，壁厚 $\geq 40\text{mm}$ ，护栏高度 $\geq 300\text{mm}$ ；
4. 框架：上框架：冷拉矩形钢管，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，下框架：不锈钢或铝型，有托盘，托盘分为大小、深浅不同部分， ≥ 4 个漏水孔，托盘能承受10Kg；
5. 床头、尾：各2个输液插孔；
6. 脚轮：采用4只直径 $\geq 125\text{mm}$ 静音脚轮，一脚式刹车、定位；
7. 中控刹车连动杆：一体式圆管成型；
8. 中心定向轮：两侧安装控制踏杆，灵活转向，中心轮收起时即自由行进；
9. 床垫：厚度： $\geq 20\text{mm}$ ，表面防水，可拆卸，面料可水洗易清洁，防静电；
10. 输液架 ≥ 2 根，可隐藏；
11. 摇手柄为金属镀铬材料，采用拉下隐藏式
12. 抗菌喷涂：金属部分抗菌材料喷涂，对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》标准，提供检测报告；
13. 单个床配置（包括但不限于）：旋转式侧护板1付、床垫1张、输液架 ≥ 2 个、不锈钢挂架1付、氧气瓶搁架1个、捆绑束缚带2条、静音脚轮4只；
二、选配件与消耗品
1. 提供耗材清单及报价
2. 提供标准配置清单
三、售后服务
1. 西北有维修机构和技术人员，配件供应充足
2. 免费保修2年及以上，免保时限长的优先
3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训
4. 维修响应时间 ≤ 24 小时
5. 有工程师负责定期保养
四、付款方式

技术参数

名称：转运床
数量：6张（含床垫6个）
预算：5500元/张
一、参数及性能要求
1. 整体规格尺寸： $\geq 1925 \times 660 \times 500/850\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ；
2. 功能：背板升降角度 $\geq 65^\circ$ ；
3. 床板：ABS吹塑成型材料，壁厚 $\geq 40\text{mm}$ ；
4. 主体材质：冷拉矩形钢管，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；
5. 床头、尾：各2个输液插孔；
6. 护栏：2片式ABS旋转侧翻式护栏，壁厚 $\geq 40\text{mm}$ ，高度 $\geq 300\text{mm}$ ；
6. 脚轮：采用4只直径 $\geq 125\text{mm}$ 静音脚轮，一脚式刹车、定位；
7. 中控刹车连动杆：一体式圆管成型；
8. 中心定向轮：两侧安装控制踏杆，灵活转向，中心轮收起时即自由行进；
9. 床垫：厚度： $\geq 20\text{mm}$ ，表面防水，可拆卸，面料可水洗易清洁，防静电；
10. 输液架 ≥ 2 根，可隐藏；
11. 摇手柄为金属镀铬材料，采用拉下隐藏式；
12. 抗菌喷涂：金属部分抗菌材料喷涂，对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》标准，提供检测报告；
13. 单个床配置（包括但不限于）：旋转式侧护板1付、床垫1张、输液架 ≥ 2 个、不锈钢挂架1付、氧气瓶搁架1个、捆绑束缚带2条、静音脚轮4只；
二、选配件与消耗品
1. 提供耗材清单及报价
2. 提供标准配置清单
三、售后服务
1. 西北有维修机构和技术人员，配件供应充足
2. 免费保修2年及以上，免保时限长的优先
3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训
4. 维修响应时间 ≤ 24 小时
5. 有工程师负责定期保养
四、付款方式
验收合格后分期付款

技术参数

名称：输液杆
数量：258个（不含轨道）
预算：120元/个
一、参数及性能要求
1. 总体要求：伸缩式输液吊杆；
2. 材质：304不锈钢；
3. 功能：手按式升降，单手随意调节高度，任意调整高低；
4. 拉伸范围： $\geq 90\text{cm}$ -180cm；
二、选配件与消耗品
1. 提供耗材清单及报价
2. 提供标准配置清单
三、售后服务
1. 西北有维修机构和专业技术人员，配件供应充足
2. 免费保修2年及以上，免保时限长的优先
3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训
4. 维修响应时间 ≤ 24 小时
5. 有工程师负责定期保养
四、付款方式
验收合格后分期付款

技术参数

名称：病房隔帘（含隔帘安装、不含轨道及其安装）
数量：250套
预算：40元/米
一、参数及性能要求
1. 尺寸：离地15-20cm（室内层高约2.7m）；
2. 材质：100%聚酯纤维，宽幅：280cm±3%，网眼高度：50cm~80cm；洗涤方式：可水洗、机洗、缩水率<1%；克重：≥230g/m ² ；其他：面料清洗后网状部分不断裂脱落，无异味；
3. 褶皱：1:2；
4. 颜色及花形：中标后提供≥4种常见颜色及花形供选择；
5. 色牢度/级：符合国家GB/T. 17591-2006《阻燃织物》标准、色牢度≥4级；色泽纯正，无异味；
6. 胀破强度：符合GB/T. 19817-2005《纺织品. 装饰用织物》；
7. 甲醛含量、PH值：GB. 18401-2010《国家织物产品基本安全规范》A类（甲醛含量/（mg/kg）≤20，PH值a：4.0~7.5）；
★8. 抗菌效果：符合GB/T. 20944. 3-2008《纺织品. 抗菌性能的评价. 第3部分：振荡法》，对金色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率≥90%，提供检测报告；
9. 防火性能：符合GB. 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级标准，提供检测报告；遇明火滞燃自熄，不延烧，燃烧时无黑烟、无毒性、无刺激性气味；
10. 可分解致癌芳香胺 ^o /（mg/kg）：禁用，符合GB. 18401-2010《国家织物产品基本安全规范》；
11. 按米报价，以实际未褶皱隔帘长度结算；
二、选配件与消耗品
1. 提供耗材清单及报价
提供标准配置清单
三、售后服务
1. 西北有维修机构和技术人员，配件供应充足
免费保修2年及以上，免保时限长的优先
3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训
4. 维修响应时间≤24小时
5. 有工程师负责定期保养
四、付款方式
验收合格后分期付款