

单一来源采购专业人员论证意见表

2025 年 1 月 23 日

专业人员信息	姓名: 袁晓平	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 甘肃省武威肿瘤医院	
项目信息	采购单位: 武威市凉州医院	
	项目名称: 武威市凉州医院 DSA 全保服务采购项目	
	供应商名称: 西安佰吉森医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	凉州医院 DSA 设备原为进口, 其核心部件具有唯一性, 其他品牌产品无法替代满足, 选择原厂核心设备球管及维护服务是确保进口设备正常运转和诊断准确性的必要措施。为确保 DSA 设备球管的一致性和兼容性, 维护球管及维护服务, 建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	袁晓平	日期: 2025.1.23

本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专业人员论证意见表

2025年1月23日

专业人员信息	姓名: 冯长春	
	职称: 放射医学副主任医师	
	工作单位: 武威市中医院	
项目信息	采购单位: 武威市凉州医院	
	项目名称: 武威市凉州医院 DSA 全保服务采购项目	
	供应商名称: 西安佰吉森医疗科技有限公司	
专业人员 论证意见	<p>二凉州医院为提升DSA设备采购到其时, 根据 大设备采购要求, 需持续做好售后服务, 以保 证设备良好运行, 保障心、脑血管、外科急 诊介入及常规介入, DSA设备原厂家匹配性 更好, 原能保持整机设备性能, 保障整机 设备稳定性及良好稳定性, 在条件具备的 情况下, 建议原厂家维修及原厂配件, 以 更好保障设备良好运行。</p>	
专业人员签字	冯长春	日期: 2025.1.23

本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专业人员论证意见表

2025 年 1 月 23 日

专业人员信息	姓名: 马存忠	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武威市人民医院	
项目信息	采购单位: 武威市凉州医院	
	项目名称: 武威市凉州医院 DSA 全保服务采购项目	
	供应商名称: 西安佰吉森医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>球管为 DSA 设备的重要核心部件, 对设备运行状态及图像质量的好坏起着关键作用, 其规格型号需与原设备精准匹配, 才能保证其与整机的一致性、兼容性。凉州医院该 DSA 设备为原装进口设备, 其配备的球管型号具有唯一性, 其它品牌产品无法替代, 建议采用单一来源方式采购原厂球管。</p>	
专业人员签字	马存忠	日期: 2025.1.23

本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。